



Republika Srbija – AP Vojvodina  
Univerzitet u Novom Sadu  
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”  
Zrenjanin, Đure Đakovića bb  
[www.tfzr.uns.ac.rs](http://www.tfzr.uns.ac.rs)  
Tel.023/550-515 faks: 023/550-520  
PIB: 101161200



**Datum:** 16.10.2015.

**Predmet:** Odgovori na postavljena pitanja za javnu nabavku: **Laboratoriju za hemiju: 26\_OPD\_2015.**

**1. Pitanje:**

Stavka 6. da li je potrebno da stalak bude drveni, plastični ili metalni i za koje epruvete (da li za fi 16 mm)?

**1. Odgovor:**

Stalak za epruvete treba da bude drveni i da je odgovarajući za epruvete pod stavkom 18 (16x160mm)

**2. Pitanje:**

Stavka 34. da li treba dostaviti cenu za pakovanje od 250 kom ili 100 kom? Uobičajeno je pakovanje od 250 kom.

**2. Odgovor:**

Izmenjena je konkursna dokumentacija tako da zahtev pod tačkom 34 glasi.

R. Br	Naziv	opis	Količina (kom)
34	Pasterova Pipeta	Staklena 15 mml (pakovanje od 250 komada)	1

**3. Pitanje:**

Da li je isporuka sve odjednom ili po porudžbini, na godišnjem nivou?

**3. Odgovor:**

Isporuka je sve odjednom.

Hvala na razumevanju,

Prodekan za finansije

Prof. dr Milan Nikolić, s.r.